



Xoraxon

1g Vial

FAKE

منشور

غش تجاري

٢٧ ابريل ٢٠٢٢

يتم ضبط وتحرير العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر التالي:

Xoraxon 1g Vial

انتاج : شركة المهن الطبية للأدوية

ارقام التشغيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشغيلات الاخرى التي تختلف عن المواصفات

المذكورة بالعبوة الاصلية كما هو وارد بالمنشور

حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهرياً بينها وبين العبوات المغشوشة كالآتي:

 @egyptiandrugauthority

 www.edaegypt.gov.eg

 15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّةِ



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

Xoraxon 1g Vial

انتاج : شركة المهن الطبية للأدوية
ارقام التشفيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشفيلات الاخرى التى تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الاصلية كما هو وارد بالمنشور

الكرتون الخارجي

المغشوش



الأصلي



خامة الكرتون **ردينة** ودرجة فصل
الألوان **سيئة**

مدون : فيال +1 أمبول مذيّب

بخط رفيع باهت مقارنة بالعبوة
الأصلية

مدون : (يستخدم بعد الحل خلال 6
ساعات)

حرف ياء وليس باء

خامة الكرتون **جيدة** ودرجة فصل
الألوان **جيدة**

مدون : فيال +1 أمبول مذيّب

بخط سميك واضح مقارنة بالعبوة
المغشوشة

مدون : يستخدم بعد الحل خلال 6
ساعات

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّة



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

Xoraxon 1g Vial

انتاج : شركة المهن الطبية للأدوية
ارقام التشفيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشفيلات الاخرى التى تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الاصلية كما هو وارد بالمنشور

الكرتون الخارجي

المغشوش



الأصلي



مدون : (يكافئ سيفترياكسون 1 جم)

حرف باء وليس ياء

(م°) ملتصقة فى الرقم وبشكل غير متناغم مع

الكتابة فى عبارة (يحفظ فى درجة حرارة لا تزيد

عن 30° م)

مدون على لسان غلق العبوة من الجهة السفلية

لها :

(47 × 37 × 73 mm) بخط سميك مقارنة

بالعبوة الاصلية

مدون : (يكافئ سيفترياكسون 1 جم)

(م°) غير ملتصقة فى الرقم وبشكل متناغم

مع الكتابة فى عبارة (يحفظ فى درجة حرارة

لا تزيد عن 30° م)

مدون على لسان غلق العبوة من الجهة

السفلية لها :

(47 × 37 × 73 mm) بخط واضح رفيع

مقارنة بالعبوة المغشوشة

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

Xoraxon 1g Vial

إنتاج : شركة المهن الطبية للأدوية
أرقام التشفيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشفيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

الكرتون الخارجي

المغشوش



الأصلي



إختلاف طريقة كتابة العلامة العشرية
في التركيزات

(سيفترياكسون صوديوم 3,5
هيدرات 1,93 جم) عن ماهو مدون
على العبوة الأصلية

إختلاف طريقة كتابة العلامة
العشرية في التركيزات

(سيفترياكسون صوديوم 3,5
هيدرات 1,93 جم) عن ماهو
مدون على العبوة المغشوشة

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّة



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

Xoraxon 1g Vial

انتاج : شركة المهن الطبية للأدوية

ارقام التشفيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشفيلات الاخرى التى تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الاصلية كما هو وارد بالمنشور

الوجه السفلي للعبوة

المغشوش




طباعة (/ MFG / S/N / GTIN
(/ B.N / PRICE / EXP)

بطريقة الطباعة العادية

يعمل مسح بكاميرا الموبايل للباركود
المتواجد على العبوة لا يظهر شيء.

الأصلي



طباعة (/ MFG / S/N / GTIN
(/ B.N / PRICE / EXP)

بطريقة ماكينة طباعة INKJET
المخصصة

يعمل مسح بكاميرا الموبايل للباركود
المتواجد على العبوة يتضح الاتى :
(/ SERIAL NO +17230+GTIN .)
المدونين بالفعل على العبوة

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الْأَدْوِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

Xoraxon 1g Vial

انتاج : شركة المهن الطبية للأدوية
ارقام التشفيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشفيلات الاخرى التى تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الاصلية كما هو وارد بالمنشور

الفيال الداخلية

المغشوش



مدون على العبوة : (بودرة فـى
فـيال لعمل محلول للحقن فى
العضل)

حرف (الفاء) منفصل فى كلمتى (فى
/ فيال)

طباعة عبارة " يلزم عمل اختبار
حساسية قبل استخدام الدواء " بلون
باهت

الأصلي



مدون على العبوة : بودرة فى فيال
لعمل محلول للحقن فى العضل

طباعة عبارة " يلزم عمل اختبار
حساسية قبل استخدام الدواء " بلون واضح

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

Xoraxon 1g Vial

انتاج : شركة المهن الطبية للأدوية

ارقام التشفيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشفيلات الاخرى التى تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الاصلية كما هو وارد بالمنشور

الفيال الداخلية

المغشوش



الجزء المعدنى المتواجد بمقدمة
الفيال غير محكم الغلق ويظهر اثر
اسود مكان الاغلاق

الأصلي



الجزء المعدنى المتواجد بمقدمة
الفيال مغلق باحكام

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّة



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

Xoraxon 1g Vial

انتاج : شركة المهن الطبية للأدوية
ارقام التشفيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشفيلات الاخرى التى تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الاصلية كما هو وارد بالمنشور

الفيال الداخلية

المغشوش



عبارة "sensitivity test must be done before using the medication"

بخط باهت غير واضح يصعب قراءته

مدون "store at a temperature not exceeding 30 c"

علامة درجة الحرارة غير ° غير مكتوبة

الأصلي



عبارة "sensitivity test must be done before using the medication"

بخط واضح يسهل قراءته

مدون "store at a temperature not exceeding 30°c"

علامة درجة الحرارة ° مكتوبة

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

Xoraxon 1g Vial

انتاج : شركة المهن الطبية للأدوية

ارقام التشفيلات :

212584-212160-212588-211801-212126

وجميع التشفيلات الاخرى التى تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الاصلية كما هو وارد بالمنشور

امبول الماء المذيب

المغشوش



محفور كلمة **bottlepack** على
مقدمة الأمبول

اختلاف ابعاد الاستيكر الملصق على
الأمبول مقارنة بالعبوة الاصلية
والبيانات المدونة عليه بخط باهت

الأصلي



محفور كلمة **OTSUKA** على
منتصف الأمبول

اختلاف ابعاد الاستيكر الملصق على
الأمبول مقارنة بالعبوة المغشوشة
والبيانات المدونة عليه بخط واضح