



منشور دورى رقم (٧) لسنة 2021 (غش تجارى)

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة .....

” ادارة الصيدلة ”

تحية طيبه وبعد ....

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الاجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعدسات الطبية الآتي بياناتها :

Desio( Attitude, color contact lens)

انتاج شركة: Qualimed s.r.l.,Italy

تشغيلات رقم : DA96JD979 ( Rebel Grey ) ،

DA995H99G ( Wild Green )

، DA8BTM8CD1(Romantic Blue )

DA995H99GO (Delicious Honey)

(و ذلك بناءً على الافادة الواردة إلينا من شركة تروأيز(طالب التسجيل) و المرفق بها توضيح يبين الفرق بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة وصور ضوئية لكل منهما :

العبوات المقلدة و المغشوشة	العبوات الاصلية
العدسة المغشوشة ذات ألوان باهتة وغير واضحة.	العدسه الاصلية تتميز بألوان زاهية وواضحة.
الماده الخام للعدسة ذات جودة رديئة و غير مطابقة للمواصفات العالمية وغير حاصله علي الموافقات اللازمة	الماده الخام للعدسة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية وحاصله علي الموافقات اللازمة
غطاء التعقيم الخلفي الخاص بالعدسة يتميز باللون الرمادي الفاتح	غطاء التعقيم الخلفي الخاص بالعدسة يتميز باللون الرمادي الغامق.
بلاستيك الحفظ الشفاف للعدسة غير مكتوب عليها علامة البلاستيك الجيد مما يدل علي	بلاستيك الحفظ الشفاف للعدسة مطبوع عليه علامة PP5 الذي يتميز بالجودة العالية للبلاستيك المقاوم للحراره مما





رداء النوع وخطورته علي العدسة المحفوظة بداخله.	يساعد علي الحفاظ علي جودة وليونة العدسة.
العبوة مطبوع عليها ختم غير صحيح بالشركة على واجهة العبوة.	الختم الخاص بالشركة على ظهر العبوة تحت الختم المطبوع من المصنع .
فيما يخص اللون Rebel Grey : يوجد خطأ إملائي في كتابه كلمه GRAY حيث كتبت بحرف ال A بدلا من E	فيما يخص اللون Rebel Grey :الطريقه الصحيحة لكتابه الاسم REBEL GREY
فيما يخص اللون Wild Green : يوجد خطأ إملائي في كلمه يومي حيث كتبت خطأ يوي بدون حرف م .	فيما يخص اللون Wild Green :مكتوب على العبوة من الخارج جملة ( تستخدم هذه العدسات بشكل يومي)

مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلانية فى حالة عدم وجود فواتير شراء للمستلزم المذكور و ضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير و افادتنا بما تم. وفضلوا بقبول فائق الاحترام ""

رئيس القسم

د/سالي عبدالرسول  
العمليات  
٢٠١٩/١٤

مدير إدارة التفتيش على المستلزمات الطبية

د. رباب بهنساوي  
٢٠١٩/١٥

رئيس الإدارة المركزية للعمليات

د. يس رجائي  
٢٠١٩/١٥

هيئة الدواء المصرية الإدارة المركزية للعمليات الإدارة العامة للتفتيش على المصانع		
وارد	صادر	
رقم	٧	
تاريخ	١٥/١٢/٢٠١٩	
مرفقات	—	