

يناير 2025 خطاب

OSTEOBELL R Needle For Bone marrow Biopsy	اسم المستلزم
Biopsybell s.rl	الشركة المنتجة
احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لافادة الشركة صاحبة المستلزم مع العلم انه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه	سبب التحذير
المتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين	الإجراءات التصحيحية
-في حالة الشك في المستلزم يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة يمكن الضغط على <u>الرابط</u> للإطلاع على الصور الخاصة بالمستلزم المقلد.	نصائح للمستهلكين

<u>التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري</u> <u>وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من</u> <u>الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الانترنت بشكل غير شرعي.</u>

في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١ او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg

f @egyptiandrugauthority





